МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Общества с ограниченной ответственностью «Римейк»
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.9, пом. 5
Аттестат аккредитации № RA.RU.311565 выдан 24.02.2016

Протокол поверки
не может быть воспроизведен
частично, кроме как в полном
объеме с одобрения
метрологической службы
ООО "Римейк"

Протокол поверки от «24» марта 2020 г. №24/03/20(4)

Наименование и адрес заказчика: Сантехсервис ООО (г.Находка)
Поверяемое средство измерения: Преобразователь расхода ПитерФлоу РС
Заводской номер СИ: 167204
Исполнение: РС50-36-А-С
Используемый метод / методика: Расходомеры электромагнитные Питерфлоу РС. Методика поверки. МП 2550-0160-2011
Номер в ГРСИ: 46814-11

Условия проведения поверки:

Температура окружающего воздуха, °С	22,6
Температура поверочной среды до поверки, °С	22,0
Температура поверочной среды после поверки, °С	22,0
Атмосферное давление, кПа	102,1
Относительная влажность, %	56,0

Средства поверки:
Установка поверочная расходомерная "ПОТОК-ПУ 200 ЭВ" №005 (3.2.ГШР.0007.2017), Госреестр №33732-08
Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 №1715, Госреестр 5738-76
Термогигрометр ИВА-6Н, №755Е, Госреестр №46434-11

Результаты поверки:
1. Внешний осмотр – соответствует п.5.1. Расходомеры электромагнитные Питерфлоу РС. Методика поверки. МП 2550-0160-2011
2. Опробование – соответствует п.5.2. Расходомеры электромагнитные Питерфлоу РС. Методика поверки. МП 2550-0160-2011
3. Определение метрологических характеристик: соответствует п.5.3. Расходомеры электромагнитные Питерфлоу РС. Методика поверки. МП 2550-0160-2011

Метод измерения				Сличения				Сличения				Сличения				Заключение
№	Нормативный расход, м3/ч			18.000				0.361				0.241				о пригодности
п/п	Тип	Ду	№ прибора	V1, л	V2, л	Vэт, л	dV, %	V3, л	V4, л	Vэт, л	dV, %	V5, л	V6, л	Vэт, л	dV, %	
1	ПитерФлоу РС	50	167204	0.000	195.35	195.246	0.05	0.000	30.2	30.216	-0.05	0.000	20.45	20.394	0.27	пригоден

Вес импульса 1,25 л/имп
Калибровочные коэффициенты: A= -1.35294
B= -0.06334

Заключение о пригодности СИ: **пригоден**

Поверитель: инженер-метролог ООО "Римейк" _____ (Цырульников А.В.)